



SERVE COMÉRCIO DISTRIBUIDOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

CNPJ: 06.203.737/0001-98 CREA Nº10158/RF

ORÇAMENTO

DADOS DO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS-GO

AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

DESCRIÇÃO	UND.	MARCA	QT	VL. UNIT.	VL. TOTAL
ULTRASSOM DIAGNÓSTICO Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Gravação disponível em CD/DVD-RW ou memória USB ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário.	Um	PHILIPS	01	180.500,00	180.500,00

SERVE COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ: 06.203.737/0001-98 CREA Nº10158/RF RUA C115 Nº36 Q. 211 LOTE 07 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA-GO
serve.goiania@hotmail.com FONE. 062- 3286-1010 CEP 74.255-410



SERVE COMÉRCIO DISTRIBUIDOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA

CNPJ: 06.203.737/0001-98 CREA Nº10158/RF

Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento.					
Total					R\$ 180.500,00
Cento e sessenta e oito mil e quinhentos reais					

AOS 27 DE NOVEMBRO DE 2023

SERVE-COMÉRCIO DIST. E ASSIST. TÉCNICA LTDA - ME

06.203.737/0001-98
SERVE-COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME
RUA C-115 Nº 36 QD. 211 LT. 07
JARDIM AMÉRICA
CEP: 74.255-410
GOIÂNIA - GO

SERVE COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ: 06.203.737/0001-98 CREA Nº10158/RF RUA C115 Nº36 Q. 211 LOTE 07 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA-GO
serve.goiania@hotmail.com FONE. 062- 3286-1010 CEP 74.255-410

ORÇAMENTO	DATA: 23/11/2023
------------------	-------------------------

DADOS DO CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL AMORINOPOLIS – GOIÁS

Nome do Equipamento	Marca	Qtd	Valor Unitário	Valor Total (R\$)
ULTRASSOM DIAGNÓSTICO Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Gravação disponível em CD/DVD-RW ou memória USB ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as	ALFAMED MAGNUS	1	R\$ 175.950,00	R\$ 175.950,00



frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento.

COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO

Total

R\$ 175.950,00

Validade da Proposta 60 Dias


MULTI MIX COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO
CNPJ: 19.140.626/0001-21



MULTI MIX COMÉRCIO, SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 19.140.626/0001-21 IE: 10.738.190 – 7
Avenida: Vereador Jovito Ferreira Soares, Quadra: 01, Lote: 07, S/N Israelândia – Goiás, CEP: 76205-000
FONES: (64) 3678-1116 (64) 99302-4131 (64) 9844-2347 E-MAIL: vendasmultimix@hotmail.com

ORÇAMENTO

DADOS DO CLIENTE: DADOS DO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINOPOLIS-GO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS						
CONTATO: Att. Sr(a).						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	MARCA	QT	VL. UNIT.	VL. TOTAL
01	ULTRASSOM DIAGNÓSTICO Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido. Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI) colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em no mínimo 1,2 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento. Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD ou LED com no mínimo 17 polegadas. Deve	Um	MINDRAY	01	168.500,00	168.500,00

CNPJ: 14.093.107/0001-36 IE: 10714953-2

Av. Pedro Ludovico Teixeira Qd. 06 Lt. 14 s/n Setor: Centro Israelândia – GO CEP:

76205-000 Fone: 64 3678-1198

E-mail: gilvan_go@hotmail.com

	permitir arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 490 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequenciais, banda larga. HD ou SSD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Gravação disponível em CD/DVD-RW ou memória USB ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive. Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento.					
Total R\$ 168.500,00 Cento e sessenta e oito mil e quinhentos reais						

ISRAELÂNDIA-GO AOS 22 DE NOVEMBRO DE 2023


SCS - SERVIÇOS, COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA-ME
CNPJ 14.093.107/0001-36

14.093.107/0001-36
Gilvan Lima de Almeida
Av. Pedro Ludovico Teixeira, S/n - Qd. 06
Lt. 14 - Setor Central
CEP 76.205-000
Israelândia - GO

CNPJ: 14.093.107/0001-36 IE: 10714953-2
Av. Pedro Ludovico Teixeira Qd. 06 Lt. 14 s/n Setor: Centro Israelândia – GO CEP:
76205-000 Fone: 64 3678-1198
E-mail: gilvan_go@hotmail.com