

Aparecida de Goiânia, 26 de Junho de 2024

A,

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIALMA

A empresa **SXMEDIC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES**, com sede na Rua dos Pinheiros QD 11 LT 09, SN, bairro Parque Primavera, Cidade Aparecida de Goiânia - GO, inscrita no CNPJ sob nº29.562.894/0001-95, vem apresentar sua proposta de preço conforme solicitado, de acordo com as seguintes especificações e condições abaixo.

DADOS DO PROPONENTE:

Razão Social da Participante: **SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 29.562.894/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 107161869

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14281739

Endereço: Rua dos Pinheiros QD 11 LT 09, SN, Galpão 01, Parque Primavera

Aparecida de Goiânia - GO

Telefone: (62)3273-6106



E-mail: comercialservice@sxmedic.com.br

DADOS BANCARIOS:



- DADOS BANCÁRIOS - AG: 8087-X C/C: 2978-5

PROPOSTA DE PRODUTOS

ITEM	UND	QTD.	DESCRIPTIVO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	UND	1	DETECTOR DIGITAL PARA RAO X E SOFTWARE DE AQUISIÇÃO DE IMAGEM Marca: InnocareDR Registro Anvisa: 80867159006  Descritivo: DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X – TIPO DR, 383 x 460 x15 mm. Acompanha Software de aquisição de imagens e estação de trabalho. RESOLUÇÃO 2500 x 3052, TAMANHO DO PIXEL 140µm, RESOLUÇÃO MÍNIMA 3,57 lp/mm, ESCALA DE CINZA 16 bit, CONEXÃO WIFI 802.11ac, 2 antenas / 2s para digitalizar e exibir / Modo AP, CINTILADOR CsI, REVESTIMENTO LATERAL Liga de Mg-Al, PESO (INCLUINDO BATERIA) 2.7 Kg, RESISTENTE A LÍQUIDOS IP56, BATERIA Autonomia de 8h.*/ AED mode 4h. / Capacidade: 4212 mAh , INTERFACE DO GERADOR DO RX Modo AED/AED repeat/So- Sync:, ACESSÓRIOS Cabo conector magnético com ethernet e alimentação, TEMPERATURA/UMIDADE DE OPERAÇÃO 10~35°C / 15~80%. LIMITE DE CARGA DISTRIBUÍDA até 300kg. DROC (Digital Radiography Operating Console) DROC é uma estação de trabalho para aquisição de imagens DR. Fornece um controle completo para todas as funções para captura de imagens DR. Entrega uma qualidade de imagem maior com uma dose mais baixa. O DROC também pode ser integrado com a maioria dos componentes de imagem, como equipamento de raio-x, colimadores, DAPs, e sistemas de posicionamento mecânico.  INCLUSO: Estação de trabalho para aquisição de imagens DR contendo computador com configuração mínima do monitor led Full HD 21" e desktop CPU I5 7500/SSd512gb M2, 16Gb e Memoria Ddr4 acompanhando nobreak compatível e roteador.	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00

Valor Total da Proposta	R\$ 155.000,00
-------------------------	-----------------------

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO:

Validade da proposta: 30 dias

Condição de Pagamento: a vista

Prazo de entrega: pronta entrega

Garantia: 12 meses

Atenciosamente,



SXMEDIC COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 29.562.894/0001-95

FABIANE LEMOS –DEP. COMERCIAL SERVICE

29.562.894/0001-95

SXMEDIC COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Rua Dos Pinheiros Qd. 11 Lt. 09

Galpão 01- Parque Primavera

CEP: 74.913-140

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO



MMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 09085983606

CNPJ:37.240.147/0001-69

I.E:003.739.826.00-32

PROPOSTA DE PREÇO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	01	01	Colonoscópio modelo CE-130L com maleta Tubo de inserção de 12,8 mm Comprimento 1650 mm Canal de biópsia 3,8 mm	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00
02	01	01	Gastroscópio modelo SE-P100 com maleta Tubo de inserção de 9,0 mm Comprimento 1050 mm Canal de biópsia 2,8 mm	R\$ 102.000,00	R\$ 102.000,00
			Registro Anvisa: 80393910028/ 80393910023/ 81594020005/ Isenção		
Valor total: R\$ 204.000,00 (Duzentos e quatro mil Reais),					

Patos de Minas, 24 de junho de 2024.



MICHELE ALVES E SILVA 09085983606

37.240.147/0001-69

RUA MURIAE 274 – PADRE EUSTAQUIO - PATOS DE MINAS
CEP. 38.701-364 TELEFONE: 34 9.9133-5010 9.96811553
EMAIL REPRESENTANTE@MMRCOMERCIO.COM.BR

A,

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA**CNPJ: 01.135.904/0001-97****UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL DE RIALMA****Dados do fornecedor:****Razão Social:** TESLA INOVAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA**CNPJ:** 05.923.930/0001-30**Inscrição Estadual:** 10.456.059-2**Inscrição Municipal:** 4673239**Endereço:** Avenida Circular, nº 1192, QD 26 LT 6E, sala 16, bairro Pedro Ludovico na cidade de Goiânia – GO**Fone/FAX:** (62) 3434-7409**E-mail:** comercial@teslahospitalar.com.br ou vendas@teslahospitalar.com.br**Dados bancários:****Banco:** Banco do Brasil**Agência nº:** 8087-X - Conta Corrente nº: 3032-5**PIX:** 05923930000130**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL****FABIANO DE MENEZES MELGAÇO****RG.:** MG10328869**CPF.:** 014.910.336-06**TELEF.:** (62) 98272-3026

A empresa TESLA INOVAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA, com sede na Avenida Circular, nº 1192, QD 26 LT 6E, sala 16, CEP 74823020 bairro Pedro Ludovico na cidade de Goiânia – GO, CNPJ 05923930/0001-30, Inscrição Estadual: N° 10.456.059-2 vem por meio desta oferta sua proposta de preço conforme o descritivo abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA	QTD	VALOR UNT	VALORTOTAL
01	VIDEOGASTROSCOPIO FLEXIVEL MODELO SE100P PARA EXAMES E TERAPIA DO TRATO DIGESTIVO ALTO (ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CCD COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD). IMAGEM DE TELA CHEIA (FULL SCREEN) ANGULO DE VISÃO 140°. DIREÇÃO DA VISÃO 0°. PROFUNDIDADE DE VISÃO 3 A 100MM. ANGULAÇÃO 210° PARA CIMA, 100° PARA BAIXO, 100° PARA ESQUERDA E PARA DIREITA. COMPRIMENTO UTIL DE TRABALHO 1050. DIAMETRO DO TUBO DE INSERÇÃO 9,0MM. DIAMETRO DO CANAL DE BIOPSIA 2.8MM. TOTALMENTE IMERSÍVEL. DESINFECÇÃO EM MEIO LÍQUIDO (GLUTARALDEÍDO, ÁCIDO PERACÉTICO, DIOXÍDIO DE CLORO) E GÁS OXÍDIO DE ETILENO (ETO). BOTÕES DE ACIONAMENTO REMOTO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE. ACESSÓRIOS: KIT PARA LIMPEZA E ESCOVA DE LIMPEZA. INCLUSO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MALETA DE TRANSPORTE INCLUSA	01	R\$ 89.000,00	R\$89.000,00

01	VIDEOCOLONOSCOPIO FLEXIVEL MODELO CE130L PARA EXAMES E TERAPIA DO TRATO DIGESTIVO BAIXO (ANUS, RETO, COLON SIGMOIDE, COLON E ILEO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CCD COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD). IMAGEM DE TELA CHEIA (FULL SCREEN) ANGULO DE VISÃO 140°. DIREÇÃO DA VISÃO 0°. PROFUNDIDADE DE VISÃO 3 A 100MM. ANGULAÇÃO 180° PARA CIMA, 180° PARA BAIXO, 160° PARA ESQUERDA E PARA DIREITA. COMPRIMENTO UTIL DE TRABALHO 1650. DIAMETRO DO TUBO DE INSERÇÃO 12.8MM. DIAMETRO DO CANAL DE BIOPSIA 3.7MM. TOTALMENTE IMERSÍVEL. DESIFECÇÃO EM MEIO LÍQUIDO (GLUTARALDEIDO, ACIDO PERACETICO, DIOXIDO DE CLORO) E GÁS OXIDO DE ETILENO (ETO). ACESSÓRIOS: KIT PARA LIMPEZA E ESCOVA DE LIMPEZA. N CLUSO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MALETA DE TRANSPORTE INCLUSA	01	R\$ 89.000,00	R\$89.000,00
TOTAL:				R\$178.000,00

Validade da proposta: **30 dias**

Goiânia, 24 de junho de 2024.

05.923.930/0001-30
TESLA INOVAÇÃO COMÉRCIO E
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI
Av. Circular, nº 1192 Qd. 26 Lt. 6-E
Edif. COML Shopping 1000
St. Pedro Ludovico - CEP: 74.823-020
GOIÂNIA - GO

Fabiano de Menezes Melgaço
TESLA INOVAÇÃO COM.E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA
Fabiano de Menezes Melgaço - Diretor Comercial
RG.: MG10328869 - CPF.: 014.910.336-06

(62) 3434-7409Avenida Circular, Comercial Shopping 1000, Sala 16, Setor Pedro Ludovico
CEP 74823-020, Goiânia/GO | comercial@teslahospitalar.com.br

A,

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIALMA**CNPJ: 01.135.904/0001-97****UNIDADE: HOSPITAL MUNICIPAL DE RIALMA****Dados do fornecedor:****Razão Social:** TESLA INOVAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA**CNPJ:** 05.923.930/0001-30**Inscrição Estadual:** 10.456.059-2**Inscrição Municipal:** 4673239**Endereço:** Avenida Circular, nº 1192, QD 26 LT 6E, sala 16, bairro Pedro Ludovico na cidade de Goiânia – GO**Fone/FAX:** (62) 3434-7409**E-mail:** comercial@teslahospitalar.com.br ou vendas@teslahospitalar.com.br**Dados bancários:****Banco:** Banco do Brasil**Agência nº:** 8087-X - Conta Corrente nº: 3032-5**PIX:** 05923930000130**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL****FABIANO DE MENEZES MELGAÇO****RG.:** MG10328869**CPF.:** 014.910.336-06**TELEF.:** (62) 98272-3026

A empresa TESLA INOVAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA, com sede na Avenida Circular, nº 1192, QD 26 LT 6E, sala 16, CEP 74823020 bairro Pedro Ludovico na cidade de Goiânia – GO, CNPJ 05923930/0001-30, Inscrição Estadual: N° 10.456.059-2 vem por meio desta oferta sua proposta de preço conforme o descritivo abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO TÉCNICA	QTD	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	SISTEMA DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X – Tipo DR com as especificações mínimas: Tamanho 380 x 460 x15 mm. Acompanha Software de aquisição de imagens e estação de trabalho. Resolução mínima de 2500 x 3052 pixels, tamanho do pixel 140pm, resolução mínima 3,57 lp/mm, escala de cinza 16 bit, conexão WIFI com transmissão de dados sem fio, 2 antenas/2,5 s para digitalizar e exibir com modo sem fio, cintilador CSI, revestimento lateral liga de mg-a ou sistema WIFI superior, peso máximo incluindo bateria de até 2.72 Kg, resistente a poeira e líquidos 1P56, bateria com autonomia de 8h. Armazenamento interno de até 300 imagens, tempo de carregamento da bateria de até 3 horas, apresentar garantia mínima de 5 anos oferecida pelo fabricante ou detentor do registro na Anvisa conforme registrado em documentos oficiais. Acessórios: Cabo conector magnético com ethernet e alimentação, operável a temperatura umidade de operação 10- 35oC 15-80o/o. Limite de carga total mínima sob a superfície da placa DR de 300 kg.	01	R\$ 150.000,00	R\$150.000,00

(62) 3434-7409Avenida Circular, Comercial Shopping 1000, Sala 16, Setor Pedro Ludovico
CEP 74823-020, Goiânia/GO | comercial@teslahospitalar.com.br



TESLA
HOSPITALAR

AUTORIZADA EM GO, TO, DF

FUJIFILM
Value from Innovation

SONOSITE

teslahospitalar.com.br

Estação de trabalho para aquisição de imagens DR contendo computador com configuração mínima do monitor led Full HD 21" e desktop CPU 15 7500/SSd512gb M2, 16Gb e Memória Ddr4, acompanhando nobreak compatível e roteador.			
TOTAL:			R\$150.000,00

Validade da proposta: **30 dias**

Goiânia, 24 de junho de 2024.

05.923.930/0001-30
TESLA INOVAÇÃO COMÉRCIO E
SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EIRELI
Av. Circular, nº 1192 Qd. 29 Lt. 6-E
Edif. COML Shopping 1000
Sl. Pedro Ludovico - CEP: 74.823-020
GOIÂNIA - GO

Fabiano de Menezes Melgaço

TESLA INOVAÇÃO COM.E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA
Fabiano de Menezes Melgaço - Diretor Comercial
RG.: MG10328869 - CPF.: 014.910.336-06

(62) 3434-7409

Avenida Circular, Comercial Shopping 1000, Sala 16, Setor Pedro Ludovico
CEP 74823-020, Goiânia/GO | comercial@teslahospitalar.com.br

COTAÇÃO DE PREÇO



A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.
Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência

A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.409-0

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	VIDEOGASTROSCOPIO FLEXIVEL MODELO SE100P PARA EXAMES E TERAPIA DO TRATO DIGESTIVO ALTO (ESOFAGO, ESTOMAGO E DUODENO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CCD COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD). IMAGEM DE TELA CHEIA (FULL SCREEN) ANGULO DE VISÃO 140°. DIREÇÃO DA VISÃO 0°. PROFUNDIDADE DE VISÃO 3 A 100MM. ANGULAÇÃO 210° PARA CIMA, 100° PARA BAIXO, 100° PARA ESQUERDA E PARA DIREITA. COMPRIMENTO UTIL DE TRABALHO 1050. DIAMETRO DO TUBO DE INSERÇÃO 9,0MM. DIAMETRO DO CANAL DE BIOPSIA 2.8MM. TOTALMENTE IMERSÍVEL. DESIFECCÃO EM MEIO LÍQUIDO (GLUTARALDEIDO, ACIDO PERACETICO, DIOXIDO DE CLORO) E GÁS OXIDO DE ETILENO (ETO). BOTÕES DE ACIONAMENTO REMOTO DAS FUNÇÕES DE CONTROLE. ACESSÓRIOS: KIT PARA LIMPEZA E ESCOVA DE LIMPEZA. INCLUSO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MALETA DE TRANSPORTE INCLUSA	UND	1	95.700	R\$ 95.700,00
2	VIDEOCOLONOSCOPIO FLEXIVEL MODELO CE130L PARA EXAMES E TERAPIA DO TRATO DIGESTIVO BAIXO (ANUS, RETO, COLON SIGMOIDE, COLON E ILEO). ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CCD COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD). IMAGEM DE TELA CHEIA (FULL SCREEN) ANGULO DE VISÃO 140°. DIREÇÃO DA VISÃO 0°. PROFUNDIDADE DE VISÃO 3 A 100MM. ANGULAÇÃO 180° PARA CIMA, 180° PARA BAIXO, 160° PARA ESQUERDA E PARA DIREITA. COMPRIMENTO UTIL DE TRABALHO 1650. DIAMETRO DO TUBO DE INSERÇÃO 12.8MM. DIAMETRO DO CANAL DE BIOPSIA 3.7MM. TOTALMENTE IMERSÍVEL. DESIFECCÃO EM MEIO LÍQUIDO (GLUTARALDEIDO, ACIDO PERACETICO, DIOXIDO DE CLORO) E GÁS OXIDO DE ETILENO (ETO). ACESSÓRIOS: KIT PARA LIMPEZA E ESCOVA DE LIMPEZA. N CLUSO DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MALETA DE TRANSPORTE INCLUSA	UND	1	95.700	R\$ 95.700,00
				VALOR TOTAL:	191.400,00

01) Garantimos que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre os produtos/materiais tais como: taxas, encargos financeiros as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais, comerciais, salários e encargos sociais, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.

02) Prazo de validade da proposta é de 60 dias.

03) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo os serviços ser prestados sem ônus adicionais.

04) Banco 748 número da Conta Corrente 32062-2, Agência 0911, no qual serão depositados os pagamentos caso a licitante sagrar vencedora do certame. EMAIL: magazinefs@hotmail.com

A MEDICAL COMERCIO
LTDA:28692942000105

Assinado de forma digital por A
MEDICAL COMERCIO
LTDA:28692942000105
Dados: 2024.05.06 10:31:19 -03'00'

Formoso do Araguaia – TO, 06 de maio de 2024

Hilton Wagner Correia da Silva - Proprietário

RG 1300973 SSPTO - CPF 792.493.963-68

COTAÇÃO DE PREÇO



A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

Seu 1º ponto de contato com qualidade, eficiência e referência

A MEDICAL COMÉRCIO LTDA.

CNPJ 28.692.942/0001-05 Insc. Est.: 29.482.409-0

Há 19 anos prestando serviços com qualidade, eficiência e referência

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	SISTEMA DETECTOR DIGITAL DE RAIOS X – Tipo DR com as especificações mínimas: Tamanho 380 x 460 x15 mm. Acompanha Software de aquisição de imagens e estação de trabalho. Resolução mínima de 2500 x 3052 pixels, tamanho do pixel 140pm, resolução mínima 3,57 lp/mm, escala de cinza16 bit, conexão WIFI com transmissão de dados sem fio, 2 antenas/2,5 s para digitalizar e exibir com modo sem fio, cintilador CSI, revestimento lateral liga de mg-a ou sistema WIFI superior, peso máximo incluindo bateria de até 2.72 Kg, resistente a poeira e líquidos 1P56, bateria com autonomia de 8h. Armazenamento interno de até 300 imagens, tempo de carregamento da bateria de até 3 horas, apresentar garantia mínima de 5 anos oferecida pelo fabricante ou detentor do registro na Anvisa conforme registrado em documentos oficiais. Acessórios: Cabo conector magnético com ethernet e alimentação, operável a temperatura umidade de operação 10- 35oC I 15-80o/o. Limite de carga total mínima sob a superfície da placa DR de 300 kg. Estação de trabalho para aquisição de imagens DR contendo computador com configuração mínima do monitor led Full HD 21" e desktop CPU 15 7500/SSd512gb M2, 16Gb e Memória Ddr4. acompanhando nobreak compatível e roteador.	UND.	1	160.000,00	160.000,00
				VALOR TOTAL:	160.000,00

01) Garantimos que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir sobre os produtos/materiais tais como: taxas, encargos financeiros as despesas de seguros, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais, comerciais, salários e encargos sociais, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.

02) Prazo de validade da proposta é de 60 dias.

03) Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo os serviços ser prestados sem ônus adicionais.

04) Banco 748 número da Conta Corrente 32062-2, Agência 0911, no qual serão depositados os pagamentos caso a licitante sagrar vencedora do certame.
EMAIL: magazinefo@hotmail.com

A MEDICAL COMERCIO
LTDA:28692942000105

Assinado de forma digital por
A MEDICAL COMERCIO
LTDA:28692942000105
Dados: 2024.05.08 15:20:18
-03'00'

Formoso do Araguaia – TO, 08 de maio de 2024
Hilton Wagner Correia da Silva - Proprietário
RG 1300973 SSPTO - CPF 792.493.963-68

Barueri, 03 de junho de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIALMA
CNPJ 10459591-0001/13
EMAIL: faturasauderialma@hotmail.com
TEL.: (62) 3397 1555

Prezada Sra kenia

Temos a honra de apresentar, para análise e apreciação, nossa proposta comercial para serviços de atualização tecnológica e características técnicas de conversão dos equipamentos de Raios-x analógicos em digitais.

O fornecimento do equipamento ora ofertado inclui a instalação pela **SHIMADZU DO BRASIL**, bem como a Garantia e Assistência Técnica.

A **SHIMADZU** atua no mercado brasileiro há mais 35 anos, com sede em Barueri-SP e filiais estabelecidas nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, e Rio Grande do Sul. Sua matriz e fábrica estão localizadas no Japão, e demais subsidiárias localizadas em vários países da Europa, América do Norte, Oriente Médio, África, Ásia e Oceania. Sendo assim, a marca **SHIMADZU** reconhecida mundialmente por mais de 145 anos.

A **SHIMADZU** prima pela excelência no atendimento e total satisfação de nossos clientes, dessa forma esperamos que a presente atenda suas expectativas.

Esta proposta possui validade de 30 (Trinta) dias, ficando após este período, sujeita a revisão.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,



Djan Valias
Supervisor de Vendas



Constantino Luiz DiPIPI
Gerente Geral Divisão Médica

Kit de Atualização para Radiografia Digital (DR)

VIVIX-S 3643VAW



SHIMADZU DO BRASIL COMÉRCIO LTDA

Av. Tamboré nº 576, Bairro Tamboré - CEP 06460-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.752.460/0001-56

www.shimadzu.com.br

1 – CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

Sistema DIGITAL (DR) WIRELESS AUTODETECT

- 1 Detector de painel plano (FPD) 36x43cm.
- 1 PC desktop Dell Optiplex 5040 Core i5, Windows 10 Pro, HD 500 GB, 8GB RAM.
- 1 Monitor Dell Touch 24 wide P2318HT
- 2 baterias
- 1 Carregador de bateria

2 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

O kit ofertado, proporciona a conversão de um aparelho de raios-x convencional analógico para um aparelho de raios-x digital (DR).

O painel VIVIX-S 3643VAW wireless é compacto, leve e pode ser inserido em qualquer "Bucky" em substituição ao chassi com filme ou chassi de CR, e usado em qualquer equipamento de raios-x independente de fabricante, adaptando-se, também a equipamentos portáteis.

Estes painéis têm a melhor resolução do mercado Brasileiro, com tamanho de pixel de 140µm, com alta resolução e alto DQE (Eficiência do painel em relação a dose de raios-x aplicada e resultante de contraste e a melhor relação sinal ruído).

As imagens digitais são apresentadas no monitor da estação de trabalho em aproximadamente 3 segundos após a exposição de raios-x, melhorando o fluxo de trabalho e o número de pacientes atendidos por dia.

A redução do tempo de exame possibilita dobrar a quantidade de exames/dia e auxilia na redução de custos, pois as imagens podem ser manipuladas, enviadas via rede, e armazenadas no PACS do Hospital.

3 – CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES

Sistema DIGITAL (DR)

Componentes básicos

Sistema de digitalização de radiografias (DR) de alto desempenho por meio de Detector de Painel Plano (FPD).



Modelo: 3643VAW WIRELESS "AUTODETECT"

Registro ANVISA: 10369010077


Detector de Painel Plano (FPD):



Drop resistance 1m (40 inch) height



- Área útil do FPD: 35x43cm padrão ISO 4090;
- Grau de Proteção IP67;
- Tipo: cintilador de Iodeto de Césio (CsI) com Silício amorfo (a-Si);
- Resolução: 2560 X 3072 pixels (7.86 megapixels);
- Tamanho do pixel: 140µm;
- Resolução 3.5lp/mm
- O painel suporta 400 kg de carga distribuída e 150 kg concentrado em uma área de 4 cm quadrados.
- Conversor A/D: 16 bits;
- Peso do painel: aproximadamente 3,15 kg com bateria
- Área de detecção: 35,0 x 43,0 cm;
- Frequência de comunicação padrão IEEE 802,11n/AC de 2,4 Ghz e 5Ghz de alta eficiência;
- As imagens geradas são transmitidas via wireless e exibidas em até 3 segundos após a exposição;
- Carregador de baterias com tempo de carga de 120 minutos, e com capacidade para carregar duas baterias simultâneas, indicador do estado de carregamento da bateria, enquanto está carregando e ou quando totalmente carregada no detector
- Autonomia de 15 horas (imagem adquirida a cada 100 segundos)
- Tela OLED com indicação das condições da bateria, conexão e modo *sleep*.
- Suporte para equipamento de raios-X móvel MobileArt Eco Shimadzu.
- Modo *Stand Alone* com capacidade de armazenamento de até 200 imagens no detector.



4 – ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO (REQUISITOS MÍNIMOS)

Sistema de digitalização de radiografias (DR) de alto desempenho por detector de Painel Plano (FPD).

ESTAÇÃO DE COMANDO MÓVEL

Hardware:

1 PC desktop Dell Optiplex 5040 Processador Intel Core i5
Memória RAM: 8GB;
HD 500 GB
Windows 10 Pro Inglês
Placa Ethernet 10/100/1000 RJ45
Placa de rede Wi-Fi 2.5GHz e 5Ghz padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Leitor e gravador de CD/DVD (Externo)
Portas USB 2.0 e 3.0
Conexão bluetooth



Monitor Dell Touch 24 wide P2318HT

Tamanho da tela: 24" polegadas
Teclado e mouse, CD/DVD
Resolução da tela: 1280 x1024
Compatibilidade DICOM 3.0;
Tipo de tela: TFT de alta definição com sistema touch-screen.

SOFTWARE VXvue



- DICOM 3.0: MWL, Send, Print, MPPS, Storage Commitment;
- Exportação de imagens para dispositivo USB/CD;
- Permite gerenciar imagens de vários pacientes simultaneamente;
- Software em português;
- 3 filtros pré-definidos de pós-processamento (suave, normal, detalhado);
- Interface *touchscreen* customizável e teclado virtual;

4 – ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO (REQUISITOS MÍNIMOS)

Sistema de digitalização de radiografias (DR) de alto desempenho por detector de Painel Plano (FPD).

ESTAÇÃO DE COMANDO MÓVEL

Hardware:

1 PC desktop Dell Optiplex 5040 Processador Intel Core i5
Memória RAM: 8GB;
HD 500 GB
Windows 10 Pro Inglês
Placa Ethernet 10/100/1000 RJ45
Placa de rede Wi-Fi 2.5GHz e 5Ghz padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Leitor e gravador de CD/DVD (Externo)
Portas USB 2.0 e 3.0
Conexão bluetooth



Monitor Dell Touch 24 wide P2318HT

Tamanho da tela: 24" polegadas
Teclado e mouse, CD/DVD
Resolução da tela: 1280 x1024
Compatibilidade DICOM 3.0;
Tipo de tela: TFT de alta definição com sistema touch-screen.

SOFTWARE VXvue



- DICOM 3.0: MWL, Send, Print, MPPS, Storage Commitment;
- Exportação de imagens para dispositivo USB/CD;
- Permite gerenciar imagens de vários pacientes simultaneamente;
- Software em português;
- 3 filtros pré-definidos de pós-processamento (suave, normal, detalhado);
- Interface *touchscreen* customizável e teclado virtual;



- Impressão multiformato;
- Ferramentas de medição e processamento (brilho, contraste, recorte manual, ampliação, medidas de distância e ângulo, etc);
- Anotações livres ou pré-programadas sobre a imagem;
- Inversão horizontal/vertical e rotação da imagem;
- Inversão preto/branco da imagem;
- Ajuste de densidade;
- Ajuste de imagem por área de interesse (ROI);
- Colimação automática e manual da imagem;
- Software de processamento avançado de imagem PureImpact™
- Visualização de tecido e detalhes sem artefato visual;
- Processamento de imagem de tórax sem grade;
- Supressão de linhas de grade com resolução;
- Ajuste fino das imagens de acordo com região anatômica.
- Junção de imagens *stitching* sem a necessidade de acessórios
- Sistema de login por usuário.
- Gravação de CD/DVD com visualizador DICOM integrado;
- Agenda de pacientes com registro manual ou via *worklist*;
- Sistema de colimação automática e manual.
- Ferramenta de medição para exames de coluna, membros, bacia, etc.
- Impressão e visualização de imagens em tamanho real.
- Registro de rejeição de imagens com justificativa.
- Relatório de performance por usuário.

5 - ACESSÓRIOS


- Manuais técnicos;
- Carregador de baterias;
- Cabos de força;
- Demais acessórios e materiais necessários para instalação e plena operacionalização do sistema;

6 - DIMENSÕES DA UNIDADE BÁSICA

FPD VIVIX-S 1417VAW	
Tamanho do painel (área externa)	384 x 460 x 15 mm
Peso do FPD	3,15 kg

7 - REQUISITOS

Requisitos	
Tensão de entrada	Monofásica 100 a 240V
Compensação automática	até ±5%
Frequência da rede	50/60Hz
Temperatura de trabalho	5 a 35 graus Celsius
Umidade relativa do ar	30 a 80% sem condensação



- Impressão multiformato;
- Ferramentas de medição e processamento (brilho, contraste, recorte manual, ampliação, medidas de distância e ângulo, etc);
- Anotações livres ou pré-programadas sobre a imagem;
- Inversão horizontal/vertical e rotação da imagem;
- Inversão preto/branco da imagem;
- Ajuste de densidade;
- Ajuste de imagem por área de interesse (ROI);
- Colimação automática e manual da imagem;
- Software de processamento avançado de imagem PureImpact™
- Visualização de tecido e detalhes sem artefato visual;
- Processamento de imagem de tórax sem grade;
- Supressão de linhas de grade com resolução;
- Ajuste fino das imagens de acordo com região anatômica.
- Junção de imagens *stitching* sem a necessidade de acessórios
- Sistema de login por usuário.
- Gravação de CD/DVD com visualizador DICOM integrado;
- Agenda de pacientes com registro manual ou via *worklist*;
- Sistema de colimação automática e manual.
- Ferramenta de medição para exames de coluna, membros, bacia, etc.
- Impressão e visualização de imagens em tamanho real.
- Registro de rejeição de imagens com justificativa.
- Relatório de performance por usuário.

5 - ACESSÓRIOS

- Manuais técnicos;
- Carregador de baterias;
- Cabos de força;
- Demais acessórios e materiais necessários para instalação e plena operacionalização do sistema;

6 - DIMENSÕES DA UNIDADE BÁSICA

FPD VIVIX-S 1417VAW	
Tamanho do painel (área externa)	384 x 460 x 15 mm
Peso do FPD	3,15 kg

7 - REQUISITOS

Requisitos	
Tensão de entrada	Monofásica 100 a 240V
Compensação automática	até ±5%
Frequência da rede	50/60Hz
Temperatura de trabalho	5 a 35 graus Celsius
Umidade relativa do ar	30 a 80% sem condensação

PREÇO NACIONALIZADO**KIT DE RETROFIT VX 3643 - QUANT. 01**

PREÇO UNITÁRIO R\$ 117.000,00
(Cento e Dezesete Mil Reais)

NOTA PREÇO NAC:

- O valor acima inclui as despesas para importação e nacionalização.
- O valor acima é do aparelho entregue em Rialma/GO.
- O valor acima inclui a instalação e treinamento.
- Entrega no térreo do hospital.

OBS: A Shimadzu do Brasil é apenas uma distribuidora, portanto, não há um local para armazenar os equipamentos importados que chegam do Japão. Após as tratativas aduaneiras, os equipamentos são enviados ao nosso estoque em São Paulo e lá podem permanecer poucos dias para tratativas de faturamento e cotação de transporte terrestre. Qualquer imprevisto com obras, instalações elétricas, adaptações de salas e demais empecilhos, ficará a cargo do cliente o armazenamento dos equipamentos até a finalização das obras.

VALIDADE DA PROPOSTA

Declaramos que esta proposta é válida por 30 (Trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

PAGAMENTO

O valor total será realizado pela COMPRADORA à SHIMADZU, por meio de depósito em conta corrente de titularidade da SHIMADZU, em parcela única, a ser efetuada, após o recebimento do equipamento, em até 30 (trinta) dias corridos, contados do aceite da Nota Fiscal.

GARANTIA

Declaramos que os equipamentos, e todas as peças e partes que o compõem, possuem garantia total contra qualquer tipo de defeito e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, pelo prazo de 12 (Doze) meses, a contar do aceite na Nota Fiscal.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

Declaramos que os equipamentos ofertados são de fabricação seriada, e que o Fabricante disponibilizará no mercado peças necessárias para manter os mesmos dentro de suas características originais e operando com a mesma confiabilidade que o fabricante garantir na sua produção, por um período de **05 (cinco) anos**, a contar da data de fornecimento do mesmo.

PRAZO DE ENTREGA

Os equipamentos serão entregues em até 90 (Noventa) dias corridos após recebimento do empenho.

INSTALAÇÃO

A SHIMADZU DO BRASIL designará engenheiros e/ou técnicos do seu quadro de funcionários para desembalar, montar, instalar e realizar testes nos equipamentos, nos prazos estipulados pela Contratante, sem ônus à mesma.

Declaramos ainda, que será entregue um cronograma detalhado das atividades de manutenções preventivas, regularizadas conforme instruções contidas no Manual do equipamento, que vierem a ser normatizadas no período de garantia, para aprovação e planejamento do setor competente aos órgãos participantes.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Declaramos que, na entrega, acompanham os equipamentos a seguinte documentação:

- Documentação Técnica original, ou seja, o **Manual Operacional** e **Manual de Manutenção**, ambos em português, compreendendo os esquemas elétricos, eletrônicos, mecânicos, pneumáticos detalhados; desenho explodido de todas as partes dos equipamentos; procedimentos de calibração; procedimentos de manutenção preventiva e corretiva; lista completa de peças, com os respectivos códigos; lista de equipamentos e ferramentas necessárias à manutenção, calibração e controle de qualidade.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE

Declaramos que a assistência técnica dos equipamentos será efetuada pela própria SHIMADZU DO BRASIL, com a realização de manutenções preventivas e corretivas durante o período de garantia do equipamento, sem ônus à Contratante.

A SHIMADZU possui um serviço de atendimento ao cliente, com plantão todos os dias da semana, inclusive feriados, através do **AST: 0800-7261014** e E-mail: **ast.medica@shimadzu.com.br**

FORMA DE ATENDIMENTO

A SHIMADZU DO BRASIL é totalmente capacitada a atender aos chamados de instalação e assistência técnica do equipamento instalado nas dependências da Contratante em um prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas úteis**, contados a partir da solicitação do Usuário.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA

A SHIMADZU DO BRASIL realizará manutenções preventivas, realizando as visitas de acordo com a periodicidade descrita no manual do equipamento, agendada sempre em datas de comum acordo entre as partes, programadas imediatamente após a instalação do equipamento, sem qualquer ônus para o cliente.

A SHIMADZU DO BRASIL atenderá TODAS as chamadas de manutenção corretivas, tantas quantas forem necessárias, realizando substituições, troca e/ou reparos, sem qualquer ônus para o cliente, desde que as chamadas não sejam consideradas indevidas.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA APÓS O PERÍODO DE GARANTIA

A SHIMADZU DO BRASIL oferece Contrato de Assistência Técnica e Manutenção Preventiva e Corretiva após o término de Garantia, sendo que o valor da remuneração é compatível com os valores praticados no mercado.

DEFINIÇÕES

A **manutenção preventiva** é definida como aquela que visa manter os equipamentos dentro das condições normais de utilização, com o objetivo de reduzir as possibilidades de ocorrência de defeitos por desgaste ou envelhecimento de seus componentes, constituindo serviços tais como lubrificação, ajustes de partes mecânicas, elétricas ou eletrônicas, verificações e alinhamentos.

A **manutenção corretiva** é entendida como serviços de reparos para eliminar defeitos ocorridos sob condições de utilização adequadas dos equipamentos, bem como testes e calibração após reparos para garantir o perfeito funcionamento dos mesmos

TREINAMENTO

Declaramos que a SHIMADZU DO BRASIL ministrará cursos **Operacionais e Técnicos/Manutenção**, a TODOS os servidores da unidade hospitalar que irão operar o equipamento. Os cursos serão realizados durante o período de garantia, nos locais de instalação do equipamento, sem custo adicional para a Contratante e com datas a serem definidas de comum acordo entre as partes.

O treinamento constará de parte teórica e parte prática e envolverá todas as partes do equipamento e oferecerá um nível de conhecimento equivalente aquele fornecido pela SHIMADZU a seus próprios técnicos e engenheiros, com fornecimento de Certificado de Conclusão.

Atenciosamente,



Djan Valias
Supervisor de Vendas



Constantino Luiz DiPIPI
Gerente Geral Divisão Médica

De Acordo
Nome completo
Assinatura